


### 田家庵区采购中心流标项目原因分析表

编号：2022QT0006

2022年8月12日

项目名称	淮南市田家庵区妇幼保健 计划生育服务中心采购全 自动血液细胞分析仪项目	招标方式	竞争性谈判		
招标人	淮南市田家庵区妇幼保健 计划生育服务中心	招标项目负责人	朱晓红		
代理机构	安徽淮弘工程项目管理有 限公司	代理机构项目负责人	吴蕊蕊		
开标时间	2022年8月12日 9:00	预算金额	19.5万元	控制价	19.5万元
<p>流标原因分析（必填）：因为合肥检创生物科技有限公司所提交的投标文件的 投标函内投标有效期不符合招标文件要求，作废标处理，造成本项目有效投标 单位不足三家。</p>					
专家签名					
招标人	